

AlphaEE XA



Profesionální přístroj pro revize a kontroly elektrických spotřebičů

- Barevný dotykový displej
- Komunikace USB a Bluetooth, ukládání dat na MicroSD kartu
- Napájení ze sítě 115 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz i z Li-Ion akumulátoru
- Možnost naprogramování automatických postupů měření AUTO SEQUENCE®
- Řada kontrolních a bezpečnostních funkcí
- Rozsáhlé příslušenství v základní sestavě vč. kalibračního listu a PC softwaru Metrel ES Manager

Základní technické údaje

Spojitosť (měřící proud 200 mA)	0,00 Ω ÷ 1999 Ω
Izolační odpor (měřící napětí 50, 100 / 250, 500 V)	0,00 MΩ ÷ 19,9 MΩ / 199,9 MΩ
Unikající proud náhradní, rozdílový, PE, dotykový	0,00 mA ÷ 19,99 mA
Unikající proud mezi dvěma body, z plovoucích vstupů	0,00 mA ÷ 19,99 mA
Funkční zkouška	
– výkon P / S / Q	0 W/VA/VAR ÷ 3,70 kW/kVA/kVAR
– účinník, cos φ	0,00i ÷ 1,00i, 0,00c ÷ 1,00c
– celkové harmonické zkreslení THDU, THDI	0,0 % ÷ 99,9 %
– napětí / proud	0,0 V ÷ 264 V / 0,00 A ÷ 16,00 A
Test polarity IEC kabelů	✓
Měření RCD, PRCD (10, 15, 30 mA / AC, A, F, B, B+)	měření tΔN, IΔ, U _c
Měření EV RCD (6 mA DC / 10, 15, 30 mA AC, A)	měření tΔN, IΔ
Napětí SELV/PELV	0,0 ÷ 264 V TRMS AC / DC
Diagnostický test nabíjecích stanic EVSE	✓ (pomocí adaptéru A 1632)
Měření třífázových spotřebičů	✓ (pomocí adaptéru A 1830)

Objednací číslo: MI 3340

Rozsah dodávky:



Výrobce



METREL d.d.
Ljubljanska cesta 77
1354 Horjul
Slovenia

Tel.: +386 (0)1 75 58 200
E-mail: metrel@metrel.si
www.metrel.si

Autorizovaný dovozce do ČR



ILLKO, s.r.o.
Masarykova 2226/18a
678 01 Blansko
Česká republika

Tel.: +420 516 417 355
E-mail: illko@illko.cz
www.illko.cz

Upozornění! Fotografie v tomto prospektu se mohou mírně lišit od stavu v době dodávky přístroje. Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.